


	Aufnahmescreening	Kontrolluntersuchungen	
Untersuchungs- material	<ul style="list-style-type: none"> Nasenabstrich ggf. ein Wundabstrich (bei mehreren Wunden, die infizierteste, „schmutzigste“ Wunde) 	<ul style="list-style-type: none"> Nasenabstrich andere Wunden ehemals positive Orte 	
Abnahmesystem	Doppeltupfer (Fa. Copan)  Hinweis: KEINE WEITERE BEARBEITUNG, FALLS VERWENDUNG ANDERER TUPFER! <i>Bestellung der Doppeltupfer über iSoft (Apotheke), Bestell-Nr. 638474</i>	Tupfer mit Transportmedium (z.B. Amies-Medium)  <i>Bestellung der Tupfer über Warenbestellsystem</i>	
Anforderungs- schein	1 (ein!) Material pro Schein		
	Nasenabstrich 	ggf. Wundabstrich 	für mehrere Materialien 1 Schein z.B. Nasenabstrich und Wundabstrich 
	<i>Bestellung der Scheine über Warenbestellsystem, Matek-Nr. 6400966</i>		<i>Schein kann ausgedruckt werden unter: http://www.medicin.uni-greifswald.de/mikrobio (-> Diagnostik -> Hinweise für Einsender)</i>
Untersuchungs- methoden	PCR (→ IKCL) ggf. Kultur (Anzucht) (→ Mikrobiol.)	Kultur (Anzucht) (→ Mikrobiol.)	
Befundeinsicht	LAURIS_IKCL (nur PCR-Ergebnisse) LAURIS_MIBI (kompletter Befund)	LAURIS_MIBI	

Erstellt:	Geprüft:	Freigabe:				
von: Dr. Katrin Schulz	Sylvia Ryll	QMB: Antje Witt	Bereichs-leiter:	Dr. Katrin Schulz	Instituts-leiter:	Prof. Dr. I. Steinmetz
am: 27.08.2013	28.08.2013	am: 27.08.2013	am:	27.08.2013	am:	28.08.2013
Unter-schrift:	<i>Siehe Original</i>	Unter-schrift:	Unter-schrift:	<i>Siehe Original</i>	Unter-schrift:	<i>Siehe Original</i>
Erstfreigabe: 02.09.2013	Freigabe aktuelle Version: 02.09.2013		Nächste Revision: 08/2016			
Revision am:	Durchgeführt von:		Unterschrift:			